

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН”
ЕООД

Гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 81

Тел.факс 0866 / 60 078

e-mail: mbal_tutrakan@abv.bg

Изх. № РД-23-1-37/16.01.2020 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

относно: ОТГОВОР ПО ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА
ПРОЦЕДУРАТА
ПО ЧЛ.33 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по условията на процедурата по чл.33 от ЗОП по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Тутракан ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № РД-10-02 от дата 06.01.2020 г. на управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, публикувана в РОП под № 00493-2020-0001, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1:

В техническата спецификация за хематологичен анализатор DIATRON ABACUS не е включен контролен материал.

Може ли да се счита, че посочения по-долу в последната група /Лабораторни реактиви, тестове, вакутейнери и консумативи/ **т.12 Контролен серум** е контролен материал за хематология /като се има предвид, че в позицията за биохимия има посочен такъв/?

Отговор:

В **т.12** на група Лабораторни реактиви, тестове, вакутейнери и консумативи посоченият **контролен серум** да се счита, че е контролен материал за хематология / контролна кръв/ за хематологичен анализатор DIATRON ABACUS.

Въпрос 2:

Какъв е **метода за измерване на ЖСК** /директен или индиректен/- т.4.19 от група №4 Лабораторни реактиви за автоматичен анализатор?

Отговор:

При измерване на ЖСК се прилага индиректен метод.

Въпрос 3:

Какъв е **вида на реактива CRP** – т.7 от последната група на позицията?

Отговор:

Използва се CRP реактив за качествен/полуколичествен аглутинационен метод за определяне на С-реактивен протеин в серум.

Въпрос 4:

т.10 Почистващ разтвор за КАС от последната група – това е разтвор, който е за кръвно-газовия анализатор Medica Easy blood gas. Моля потвърдете.

Отговор:

Почистващ разтвор за КАС от последната група /т.10/ е разтвор, който е за кръвно-газовия анализатор Medica Easy blood gas.

Въпрос 5: т.29 капилярки, т.30 тапички КАС и т.31 телчета КАС от последната група също са за кръвногазовия анализатор Medica Easy blood gas. Моля, потвърдете.

Отговор:

Т.29 капилярки, т.30 тапички КАС и т.31 телчета КАС от последната група са за кръвногазовия анализатор Medica Easy blood gas.

Въпрос 6: т.32 кювети за коагулация – моля да уточните за какъв апарат са кюветите.

Отговор:

В т.32 кювети за коагулация са за автоматичен коагулометър SYSMEX CA 660.

Д-Р БОГОМИЛ БОЙЧЕВ
Управител на МБАЛ-Тутракан

